



Medicintekniska produkter - grupp 2 Kravspecifikation – Grundutrustning

Grundutrustning som införskaffades till särskilt boende för äldre bekostas genom statliga stimulansmedel via kommunledningskontoret under 2007 samt 2010.

Kravspecifikationen gäller vid nyinköpfung av befintlig grundutrustning.

- Hjälpmedlet ska vara CE-märkt. CE-märkningen innebär att företaget svarar för att produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet med svensk tillämpning I läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2003:11. Se även Hjälpmedelsinstitutet.
- Kommunens upphandlingsregler angående inköp och avtal ska följas. Utgå från kommunens standard sortiment.

Säng med sänglyft och tillbehör.

Standardutförande:

- 4-delad, el-funktion rygg, lår och bendel
- Mått 90 x 200 cm
- Sänglyft
- Sänggrindar

Sängen ska kunna utrustas med:

- Grindskydd
- Stöd och vändhandtag
- Uppresningsstöd/Sitt upp stöd
- Dävert
- Madrasstöd
- Droppställning

Övriga tillbehör:

- Sängbord

Tänka på vid inköp:

- Vilken höjd kan sänglyften regleras i? Bra om sitthöjden är låg framför allt till personer där fallrisk finns.
- Brukarvikt
- Höjd på sänglyft och personlyft. Går personlyften under sängen?
- Finns behov av centralbroms?
Verksamheten ska tillgodose brukarens specifika behov exempelvis längd och vikt.
Har brukaren medicinska behov ska behovet styrkas av läkare.



Personlyft.

Standardutförande:

- Ska ingå Hjälpmedelsinstitutets ”Kombinationer lyftselar – personlyftar”.
- Golvlyft och/eller taklyft, fristående lyftsysten.
- Personlyftens lyfthöjd – vårdtagare ska kunna förflyttas upp från golv.
- Utgå från kommunens standard sortiment.

Tänka på vid inköp:

- Finns behov av personvåg som tillbehör.
- Brukarvikt
- Storleken på personlyftens hjul avgör hur lätt personlyften kan förflyttas mellan olika rum.

Har vårdtagaren specifika behov ska verksamheten tillgodose det. Exempelvis brukarens vikt.

Lyftsele.

Standardutförande:

- Ska ingå Hjälpmedelsinstitutets ”Kombinationer lyftselar – personlyftar”.
- Lyftsele med hög rygg, delade benstöd.
- Utgå från kommunens standard sortiment.

Transportrullstol.

Standardutförande:

- Sittbred 45-46 cm och sitthöjd 46-47 cm
- Tillbehör: armstöd, vinkelfasta benstöd, vadplatta eller vadband, tippskydd och sittdyna

Tänka på vid inköp:

- Transportrullstol eller rullstol med stora drivhjul? Vilka situationer och miljöer ska rullstolen användas i? Vårdarbroms eller inte?
- Massiva däck

Trycksårspåbyggande madrasser.

Tänka på vid inköp:

- Brukarvikt
- Hygien och tvättråd (inkontinensskydd)



- Livslängd

Duschstol utan hjul.

Standardutförande:

- Sitthöjden ska kunna regleras
- Utgå från kommunens standard sortiment.

Duschstol med hjul.

Standardutförande:

- Sitthöjd som går över toalettstolarna
- Tillbehör: bäcken och tvärså/kavel
- Utgå från kommunens standard sortiment.

Fristående toalettförhöjning.

Standardutförande:

- Tillbehör: hink och stänkskydd
- Utgå från kommunens standard sortiment.

Rollator, Gåbord och Betastöd.

Standardutförande:

- Utgå från kommunens standard sortiment.