

# Kravspecifikation grundutrustning MTP-grupp 2

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Direktiv för hälso- och sjukvård  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Kravspecifikation grundutrustning MTP-grupp 2  
Utfärdad: 2011-06-10  
Reviderad: 2021-07-01  
Dnr Än: 2021-321  
Dnr SON: 2021-682

# Kravspecifikation – Grundutrustning medicintekniska produkter grupp-2

Grundutrustning är de medicintekniska produkter, MTP, som ska finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer, se dokument Definition medicintekniska produkter - grupp 1 och 2.

- När det gäller medicintekniska produkter ska tillämplig lagstiftning och föreskrifter inom området följas samt direktiv för medicintekniska produkter. När det gäller medicintekniska produkter tillverkade efter 26 maj 2021 gäller ny lagstiftning (2017/745, MDR) som bland annat ställer större krav på spårbarhet samt hur kombination av produkter/tillbehör får ske.
- Hjälpmidlet ska vara CE-märkt. CE-märkningen innebär att företaget svarar för att produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet med I läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2003:11.
- Utgå från länsgemensamt fastställt standardsortiment hos sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsleverantör.
- Vid hyra av medicintekniska produkter hos sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsleverantör ingår service och förebyggande underhåll samt lagstadgad besiktning.
- Vid köp av medicintekniska produkter ska serviceavtal tecknas för service och förebyggande underhåll samt för lagstadgad besiktning, se direktiv för hälso- och sjukvård, medicintekniska produkter (MTP).

## Vårdsäng med madrass och tillbehör

Standardutförande:

- 4-delad, el-funktion rygg, lår och bendel
- mått 90 x 200 cm
- sänggrindar
- centralbromsade hjul.

Exempel på sängtillbehör:

- grindskydd
- stöd och vändhandtag
- uppresningsstöd/sitt upp stöd
- dävert
- droppställning.

Övriga tillbehör:

- sängbord.

Att tänka på vid inköp:

- att vårsäng fungerar i relation till andra hjälpmedel såsom golvlyft, gåbord etcetera. Vilken höjd kan sänglyften regleras i? Finns frigång under exempelvis personlyft? Bra om sitthöjden är låg framför allt för personer där fallrisk finns.
- brukarvikt i relation till maxvikt.

Verksamheten ska tillgodose brukarens specifika behov avseende exempelvis längd och vikt. Har brukaren medicinska behov ska behovet styrkas av läkare.

## Trycksårsförebyggande madrasser/bäddmadrass upp till sårgrad 2 i skummaterial

(ej luftväxlande)

Att tänka på vid inköp:

- brukarvikt
- hygien och tvättråd (inkontinensskydd)
- livslängd
- säkerhetsavstånd grind.

## Personlyft

- personlyftens lyfthöjd – vårdtagare bör kunna förflyttas upp från golv.
- utgå från läns-gemensamt fastställt standardsortiment hos sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsleverantör.

Att tänka på vid inköp:

- finns behov av personvåg som tillbehör?
- lyften ska kunna utrustas med flera alternativa lyftbyglar
- brukarvikt i relation till maxvikt för personlyft

Har brukaren specifika behov ska verksamheten tillgodose det exempelvis gällande brukarens vikt i relation till maxvikt på den medicintekniska produkten.

## Övriga hjälpmedel/medicintekniska produkter

Utgå från läns-gemensamt fastställt standardsortiment hos sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsleverantör.